PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

KERN 347-137-100

Tartórúd, OIML M1 osztály, 5 kg, finomra esztergált rozsdamentes acél

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- résesű súlyok felhelyezéséhez
- A tartórúd alsó végén lévő pontos beesztergálás biztosítja a résesű súlyok stabil felfekvését. Ez a kialakítás megakadályozza a súlyok elcsúszását, és enyhe ferde helyzetben is stabilitást nyújt
- Tartórúd saját tömege 5 kg

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Kompatibilis az összes B típusú résesű súllyal/tartórúddal

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel Opció





TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
317-280	Kesztyű 317-280 (pamut, 1 pár)
317-290	Kesztyű 317-290 (bőr, pamut, 1 pár)
347-037	Kalibráló súly 347-037 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-047	Kalibráló súly 347-047 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-057	Kalibráló súly 347-057 (OIML M1 osztály, névleges érték 20 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-067	Kalibráló súly 347-067 (OIML M1 osztály, névleges érték 50 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-077	Kalibráló súly 347-077 (OIML M1 osztály, névleges érték 100 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-087	Kalibráló súly 347-087 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-097	Kalibráló súly 347-097 (OIML M1 osztály, névleges érték 500 g, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-117	Kalibráló súly 347-117 (OIML M1 osztály, névleges érték 1 kg, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-127	Kalibráló súly 347-127 (OIML M1 osztály, névleges érték 2 kg, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-137	Kalibráló súly 347-137 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 kg, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-147	Kalibráló súly 347-147 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 kg, résesű súly (B típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
920-350	Jelölés lézergravírozással (egyedi jelölés) KERN 920-350
920-351	Kalibráló súlyok jelölése (a sorozatszám utolsó számjegyei) KERN 920-351
962-643	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-643
962-643R	Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-643R

KERN piktogram-áttekintés



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap