PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

04.09.2026

KERN MBC 15K2DM

Formás babamérleg orvosi engedéllyel professzionális orvosi diagnosztikai használatra, opcionálisan hitelesítéssel

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

ALKALMAZÁSI PÉLDA







MAGYAR

JELLEMZŐK

- III. pontossági osztály (hitelesítés opcionális)
- Orvosi engedély: (EU) 2017/745 rendelet szerint
- Kedvelt a gyermekgyógyászatban: a nagy fekvőfelület optimális, ergonomikus ívelése ideális csecsemők biztonságos mérlegeléséhez
- Speciális funkció újszülött-intenzív osztályokra: különbségi funkció a testtömeg-gyarapodás kiszámításához étkezés előtt és után („szoptatási funkció")
- Robusztus ABS műanyag. Higiénikus és könnyen tisztítható
- Biztonságos és csúszásmentes felállítás gumilábaknak köszönhetően
- Hold funkció: Nyugtalanul fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja". Így marad elég idő a kis beteggel foglalkozni, majd nyugodtan a mérési értéket leolvasni
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- Háttérvilágított LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Fekvőfelület méretei Sz×M 600×276 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 600×410×112 mm
- Teljes méretek méretmérő rúddal együtt Sz×M×Ma 920×480×175 mm
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 20 h
- Nettó tömeg kb. 4,6 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fekvőbeteg-ellátó intézmények
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Szülésznők
- Egészségügyi hivatalok
- Bölcsődék

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Az EU-ban az orvostechnikai eszközként rendeltetett mérlegeknél a hitelesítés (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint) jogszabályilag kötelező, kérjük, a felállítási hely és az irányítószám megadásával együtt rendelje meg.

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció | Factory



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]
MBC 15K2DM	6 kg; 15 kg	0,002 kg; 0,005 kg	0,002 kg; 0,005 kg
MBC 20K10M	20 kg	0,01 kg	0,01 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
MBC-A01	Babamagasság-mérő MBC-A01
MBC-A02	Táska MBC-A02
MBC-A05	Láb-fejütköző MBC-A05
MBC-A06	Védőburkolat MBC-A06
MBC-A06S05	Védőburkolat MBC-A06S05, szállítási terjedelem 5 db
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MYC-01	Alkoholmentes törlőkendők felületfertőtlenítéshez MYC-01
YKA-43	Hálózati adapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Hálózati adapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-230	Biztonságtechnikai ellenőrzés (STK jegyzőkönyv) KERN 961-230
961-248	Beállítás a felállítási helyre 961-248 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-128	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-128
965-128.	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-128.

Modell	Leírás
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-017	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-017

KERN piktogram-áttekintés

	Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
	A termék megfelel az érvényes EU-követelményeknek