PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

SAUTER 285-102

Pontos, mechanikus rugós mérleg strapabíró alumínium házban g/kg leolvasással

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Skálacső alumíniumból: robusztus, tartós, kézreálló
- Gramm-/kilogrammskála: a mérési eredmény megjelenítése gramm/kilogramm egységben, N helyett
- Kettős skála: a mérési eredmény gyors vagy pontos leolvasásához
- Nyomóerő-mérés: opcionális nyomókészlettel lehetséges
- Követőmutató és fogantyú alapkivitelben
- Tartókengyel: a forgatható tartókengyelnek köszönhetően a skála mindig optimálisan a nézési irányba állítható
- Nagy pontosság: Játékmentes rugós csapágyazás beépített tárázócsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
- Fáradásmentes rozsdamentes acél rugó
- Kiváló minőségű kidolgozás: kopásálló, színesen eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legfinomabb leolvasásához

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési pontosság: ± 0,3% [Max] értékéből
- Tárázási tartomány: 20 % [Max] értékéből

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Oktatás és képzés
- Kisipar és ipar
- Minőségbiztosítás és áruátvételi ellenőrzés
- Mezőgazdaság
- Szabadidő és hobbi

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel Opció





MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Teherfelvevő
285-352	35 kg	0,5 kg	• Horog
285-502	50 kg	0,5 kg	• Horog

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]		Teherfelvevő
285-052	5000 g	50 g	•	Horog
285-102	10000 g	100 g	•	Horog
285-202	20000 g	200 g	•	Horog

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
285-890	Nyomókészlet 285-890
285-896	Horog 285-896
285-897	Követőmutató 285-897
285-898	Illesztőrúd 285-898
FL-A10	Hálózati adapter FL-A10

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-101	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-101
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

MAGYAR

PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN piktogram-áttekintés



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap

MAGYAR