PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

08.08.2026

# KERN 347-075-100

Tartórúd, OIML M1 osztály, 100 g, finomra esztergált rozsdamentes acél

MAGYAR



## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## JELLEMZŐK

- résesű súlyok felhelyezéséhez
- A tartórúd a horog környékén elvékonyodik, így a résesű súlyok könnyedén fel- és leakaszthatók. Használat közben a súlyok biztosan a helyükön maradnak, és védettek a véletlen kiesés ellen.
- Tartórúd saját tömege 100 g
- Maximális terhelés 2 kg (a tartórúd önsúlyán felül értendő, azaz a maximálisan lehetséges teljes tömeg a „Maximális terhelés" + „Tartórúd önsúlya" összegéből adódik)
- Legnagyobb résesű súly: 1 kg



## KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Kompatibilis az összes A típusú résesű súllyal/tartórúddal

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció







## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 347-015 | Kalibráló súly 347-015 (OIML M1 osztály, névleges érték 1 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-025 | Kalibráló súly 347-025 (OIML M1 osztály, névleges érték 2 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-035 | Kalibráló súly 347-035 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-045 | Kalibráló súly 347-045 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-055 | Kalibráló súly 347-055 (OIML M1 osztály, névleges érték 20 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-065 | Kalibráló súly 347-065 (OIML M1 osztály, névleges érték 50 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-075 | Kalibráló súly 347-075 (OIML M1 osztály, névleges érték 100 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-085 | Kalibráló súly 347-085 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-095 | Kalibráló súly 347-095 (OIML M1 osztály, névleges érték 500 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-115 | Kalibráló súly 347-115 (OIML M1 osztály, névleges érték 1 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-125 | Kalibráló súly 347-125 (OIML M1 osztály, névleges érték 2 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-135 | Kalibráló súly 347-135 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |
| 347-145 | Kalibráló súly 347-145 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél) |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 920-350 | Jelölés lézergravírozással (egyedi jelölés) KERN 920-350 |
| 920-351 | Kalibráló súlyok jelölése (a sorozatszám utolsó számjegyei) KERN 920-351 |
| 962-637 | DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-637 |
| 962-637R | Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-637R |

# KERN piktogram-áttekintés

| | |
|---|---|
|  | Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe |
|  | Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap |