PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Termékismertető

10.08.2026

SAUTER CO 10-Y2

Miniatűr gomb alakú erőmérő cella rozsdamentes acélból


MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



ALKALMAZÁSI PÉLDA





JELLEMZŐK

- Nagy pontosság (kombinált hiba 0,5% F.S.)
- Alkalmazási terület: húzó- és nyomóalkalmazások, tömeg- és erőmérések
- Alkalmas tömeg- és erőmérésre, valamint vizsgálóállványokhoz

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Kutatás és fejlesztés
- Gépgyártás és vizsgálattechnika
- Autóipar és beszállítói ipar
- Orvostechnika és biomechanika
- Kalibrálástechnika és vizsgálóeszköz-gyártás

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CO 10-Y2	10 kg	100 N

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CO 20-Y2	20 kg	200 N
CO 50-Y2	50 kg	500 N
CO 100-Y2	100 kg	1 kN
CO 200-Y2	200 kg	2 kN
CO 500-Y2	500 kg	5 kN
CO 1000-Y2	1000 kg	10 kN
CO 2000-Y2	2000 kg	20 kN

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
AFM 01	Adapter AFM 01 (menetes furat M5 | külső menet M6)
AFM 04	Adapter AFM 04 (Külső menet M10 | Menetes furat M5)
FS 402	Csatlakozó FS mérőcellához, szerelve & beállítva, max. 500 N FS 402
FS TKZ	Szállítókoffer FS TKZ

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-161	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-161 (Húzás | N)
961-261	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-261 (Nyomás | N)
961-361	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-361 (Húzás, nyomás | N)
963-161	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-161 (Erőirány húzás | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-161IV	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-161IV (Erőirány húzás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás ISO 376)
963-161V	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-161V (Erőirány húzás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-261	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-261 (Erőirány nyomás | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-261IV	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-261IV (Erőirány nyomás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás ISO 376)
963-261V	DAkkS kalibrációs tanúsítvány 963-261V (erőirány: nyomás | mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet

Modell	Leírás
963-361	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-361 (Erőirány húzás, nyomás | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-361IV	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-361IV (Erőirány húzás, nyomás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás ISO 376)
963-361V	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-361V (Erőirány húzás, nyomás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
965-411	Összeszerelés, komponensek 965-411 (< 50kg)
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés

	Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap

MAGYAR