PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

KERN CM 320-1N

Zsebmérleg beépített zsebszámológéppel

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Egyszerű és kényelmes 4 gombos kezelés
- Felhajtható fedél nyomás- és porvédelemként
- Robusztus, kézre álló, jól védett
- Beépített számológép

MŰSZAKI ADATOK

- LCD kijelző, számjegymagasság 12 mm
- Azonnal használatra kész: elemek mellékelve, 2×1.5 V AAA, üzemidő akár 33 h
- Mérlegfelület méretei, műanyag, Sz×M 70×80 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 85×130×25 mm
- Nettó tömeg kb. 0,25 kg
- Megengedett környezeti hőmérséklet 5 °C/35 °C

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ékszer- és nemesfém-vizsgálat
- Laboratóriumok
- Képzés
- Iskolák
- Gyűjtők, pl. érmék és drágakövek
- Élelmiszerek és fűszerek

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Reprod.	Linearitás	Méretek Mérlegfelület
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70×80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Reprod.	Linearitás	Méretek Mérlegfelület
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
315-408-405	Safety Set 315-408-405, a készletben lévő súlyok 20 g (M1); 200 g (M1)
366-92	Kalibráló súly 366-92 (OIML M3 osztály, névleges érték 200 g, henger alakú, lakkozott öntöttvas)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-247	Beállítás a felállítási helyre 961-247 (hitelesítéssel együtt nem lehetséges)
963-127	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-127
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-011	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-011

KERN piktogram-áttekintés

	Külső beállítás: a pontosság beállítása külső beállító súllyal
	Egységek átkapcsolhatók, pl. nem metrikus egységekre
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap