PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

SAUTER 281-201

Pontos, mechanikus rugós mérleg strapabíró alumínium házban g/kg leolvasással

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Skálacső alumíniumból: robusztus, tartós, kézreálló
- Gramm-/kilogrammskála: a mérési eredmény megjelenítése gramm/kilogramm egységben, N helyett
- Kettős skála: a mérési eredmény gyors vagy pontos leolvasásához
- Nyomóerő-mérés: opcionális nyomókészlettel lehetséges
- Tartókengyel: a forgatható tartókengyelnek köszönhetően a skála mindig optimálisan a nézési irányba állítható
- Nagy pontosság: Játékmentes rugós csapágyazás beépített tárázócsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
- Fáradásmentes rozsdamentes acél rugó
- Clip-fül az alsó felfüggesztés szabad, 360°-os elforgathatóságával
- Kiváló minőségű kidolgozás: kopásálló, színesen eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legfinomabb leolvasásához

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési pontosság: ± 0,3% [Max] értékéből
- Tárázási tartomány: 20 % [Max] értékéből

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Oktatás és képzés
- Kisipar és ipar
- Minőségbiztosítás és áruátvételi ellenőrzés
- Mezőgazdaság
- Szabadidő és hobbi

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel | Opció





MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Teherfelvevő
281-101	10 g	0,1 g	• Szorító
281-151	30 g	0,25 g	• Szorító

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]		Teherfelvevő
281-201	60 g	0,5 g	•	Szorító
281-301	100 g	1 g	•	Szorító
281-401	300 g	2 g	•	Szorító
281-451	600 g	5 g	•	Szorító
281-601	1000 g	10 g	•	Szorító
281-752	2500 g	20 g	•	Horog

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
281-151-001	Horog 281-151-001
281-151-002	Szorító 281-151-002
FL-A10	Hálózati adapter FL-A10

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-100	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-100
970-012	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-012

KERN piktogram-áttekintés



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap