PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

07.08.2026

KERN 347-445-100

Tartórúd, OIML M1 osztály, 10 g, alumínium

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- résesű súlyok felhelyezéséhez
- A tartórúd a horog környékén elvékonyodik, így a résesű súlyok könnyedén fel- és leakaszthatók. Használat közben a súlyok biztosan a helyükön maradnak, és védettek a véletlen kiesés ellen.
- Tartórúd saját tömege 10 g
- Maximális terhelés 200 g (a tartórúd önsúlyán felül értendő, azaz a maximálisan lehetséges teljes tömeg a „Maximális terhelés" + „Tartórúd önsúlya" összegéből adódik)
- Legnagyobb résesű súly: 100 g

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Kompatibilis az összes A típusú résesű súllyal/tartórúddal

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel Opció





TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
347-015	Kalibráló súly 347-015 (OIML M1 osztály, névleges érték 1 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-025	Kalibráló súly 347-025 (OIML M1 osztály, névleges érték 2 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-035	Kalibráló súly 347-035 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-045	Kalibráló súly 347-045 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-055	Kalibráló súly 347-055 (OIML M1 osztály, névleges érték 20 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-065	Kalibráló súly 347-065 (OIML M1 osztály, névleges érték 50 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-075	Kalibráló súly 347-075 (OIML M1 osztály, névleges érték 100 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-085	Kalibráló súly 347-085 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-095	Kalibráló súly 347-095 (OIML M1 osztály, névleges érték 500 g, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-115	Kalibráló súly 347-115 (OIML M1 osztály, névleges érték 1 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-125	Kalibráló súly 347-125 (OIML M1 osztály, névleges érték 2 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-135	Kalibráló súly 347-135 (OIML M1 osztály, névleges érték 5 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)
347-145	Kalibráló súly 347-145 (OIML M1 osztály, névleges érték 10 kg, résesű súly (A típus), finomra esztergált rozsdamentes acél)

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
920-351	Kalibráló súlyok jelölése (a sorozatszám utolsó számjegyei) KERN 920-351
962-634	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 962-634
962-634R	Ismételt DAkkS-kalibrálás 962-634R

KERN piktogram-áttekintés



Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe



Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap