PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

05.09.2026

KERN MCC 250K100M

Ergonómiailag optimalizált székmérleg orvosi engedéllyel, professzionális használatra az orvosi diagnosztikában, opcionálisan hitelesítéssel. Pozíciószám a gyógyászati segédeszköz-jegyzékben: 21.99.01.1001 (csak Németországban érvényes)

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com







ALKALMAZÁSI PÉLDA



JELLEMZŐK

- III. pontossági osztály (hitelesítés opcionális)
- Orvosi engedély: (EU) 2017/745 rendelet szerint
- Ez a székmérleg az ideális mérőeszköz az idősgondozáshoz és a paramedicinához, beleértve az elhízott tartományba eső, legfeljebb 250 kg-os mérlegeléseket
- Gurulós kivitel két kormányozható görgővel és különösen kényelmes rögzítőfékekkel hátul
- A négy kerék révén ez a székmérleg a legnagyobb mobilitást biztosítja a beteghez való eljutásban. Ezáltal nő a klinikai személyzet időhatékonysága, és javul azoknak a betegeknek a biztonsága, akik megszokott környezetükben mérhetők meg
- A görgők nagy keresztmetszetüknek köszönhetően kényelmesen átgördülnek az ajtóküszöbökön, éleken és a személyfelvonók réseiben
- Gyenge állapotú betegek számára az extra széles, kényelmes, ergonomikusan optimalizált ülőkagyló biztos tartást nyújt a mérlegelés során
- Ülőfelület, láb- és kartámaszok erősen kontrasztos fekete színben, ezért ideális demenciában szenvedő betegek számára
- Két felhajtható karfa és lábtámasz megkönnyíti a helyfoglalást. Ideális túlsúlyos betegek számára, vagy akadálymentes áthelyezéshez, pl. az ágyról a székmérlegre
- Ergonomikusan elhelyezett fogantyúk
- Hold funkció: Nyugtalanul ülő betegeknél átlagolással stabil mérési értéket határoz meg a készülék, és „befagyasztja". Így marad elég idő a beteggel foglalkozni, majd nyugodtan leolvasni a mérési értéket
- BMI-funkció az alulsúly/normál tömeg/túlsúly meghatározásához
- Finom kijelzés: gombnyomásra a leolvashatóság [d] 5 s időre 1 tizedesjeggyel növelhető
- Védőburkolat a szállítási terjedelemben

MŰSZAKI ADATOK

- LCD-kijelző, számjegymagasság 25 mm
- Kiértékelő egység méretei Sz×M×Ma 200×130×60 mm
- Ülőfelület méretei Sz×M 390×360 mm
- Teljes méretek Sz×M×Ma 625×979×956 mm
- Belső akkumulátoros működés, a szállítási terjedelem része, üzemidő legfeljebb 40 h háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 h
- Elemes üzem lehetséges, 6×1.5 V AA nem része a szállítási terjedelemnek, üzemidő legfeljebb 20 h
- Külső hálózati adapter alapkivitelben, húzásmentesítővel és leválasztó csatlakozóval a tápellátó alkatrészek védelmére
- Nettó tömeg kb. 22 kg

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Fekvőbeteg-ellátó intézmények
- Járóbeteg-ellátó intézmények
- Idősotthonok és ápolóotthonok
- Rehabilitációs intézmények
- Fogyatékossággal élők intézményei

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE MEGRENDELÉSÉNÉL

- Az EU-ban az orvostechnikai eszközként rendeltetett mérlegeknél a hitelesítés (megfelelőségértékelés a NAWI 2014/31/EU szerint) jogszabályilag kötelező, kérjük, a felállítási hely és az irányítószám megadásával együtt rendelje meg.

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Factory





MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Leolv. [d]	Hit. oszt. [e]
MCC 250K100M	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
346-82	Kalibráló súly 346-82 (OIML M1 osztály, névleges érték 200 kg, nagy terhelésű súly, lakkozott acél)
MBC-A06	Védőburkolat MBC-A06

Modell	Leírás
MBC-A06S05	Védőburkolat MBC-A06S05, szállítási terjedelem 5 db
MBC-A08	Akku MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MCC-A01	Hálózati adapter táska MCC-A01 (200×130×60 mm)
MYC-01	Alkoholmentes törlőkendők felületfertőtlenítéshez MYC-01
YKA-43	Hálózati adapter YKA-43 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Hálózati adapter YKA-44 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO)
YKI-02	RS232-Bluetooth adapter YKI-02

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-230	Biztonságtechnikai ellenőrzés (STK jegyzőkönyv) KERN 961-230
961-249	Beállítás a felállítási helyen 961-249 (hitelesítéssel nem kombinálható)
963-129	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-129
965-129	Hitelesítés / megfelelőségértékelés a NAWI (2014/31/EU) szerint 965-129
969-517	A gyártói specifikáció megerősítése (csak DAkkS-kalibrációs tanúsítvánnyal együtt) 969-517
970-106	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-106

KERN piktogram-áttekintés

	Hold funkció: Nyugtalanul álló, ülő vagy fekvő betegeknél átlagolással stabil mérési érték kerül kiszámításra
	Elemes üzem: Elemes üzemre előkészítve
	Akkumulátoros üzem: Tölthető készlet
	Univerzális hálózati adapter: Univerzális bemenettel és opcionális csatlakozó-adapterekkel: EU, CH, GB vagy EU, CH, GB, US vagy EU, CH, GB, US, AUS
	Raklapos szállítás szállítmányozással: a termék belső előkészítése két napot vesz igénybe
	Megfelelőségértékelés: a megfelelőségértékelés időtartama 3 munkanap
	A termék megfelel az érvényes EU-követelményeknek