PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

# SAUTER CB 50-3Q1

Hajlító- és nyírórudas mérlegcella rozsdamentes acélból

MAGYAR



## KAPCSOLAT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Németország**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## JELLEMZŐK

- Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérések durva környezeti feltételek mellett
- Alkalmas platformmérlegekhez, garatmérlegekhez, padlómérlegekhez és más mérlegelő berendezésekhez

## FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar és gyártás
- Vegyipar
- Élelmiszeripar és gyógyszeripar
- Építőanyag-ipar
- Logisztika és csomagolás

## PIKTOGRAMOK

Alapkivitel




Opció




## MODELLÁTTEKINTÉS

| Modell | Mérési tart. [Max] |
|---|---|
| CB 5-3Q1 | 5 kg |
| CB 10-3Q1 | 10 kg |
| CB 20-3Q1 | 20 kg |
| CB 30-3Q1 | 30 kg |
| CB 50-3Q1 | 50 kg |
| CB 75-3Q1 | 75 kg |
| CB 100-3Q1 | 100 kg |
| CB 150-3Q1 | 150 kg |
| CB 200-3Q1 | 200 kg |
| CB 250-3Q1 | 250 kg |
| CB 300-3Q1 | 300 kg |
| CB 500-3Q1 | 500 kg |

MAGYAR

## TARTOZÉKOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| CE Q30901 | Húzószerkezet CE Q30901 |
| CE Q30903 | Alaplap CE Q30903 |
| CE Q30904 | Elasztomer csapágy CE Q30904 |
| CE RQ30903 | Alaplap CE RQ30903 |
| CE RQ30907 | Terhelő sarok CE RQ30907 |

## SZOLGÁLTATÁSOK

| Modell | Leírás |
|---|---|
| 963-261V | DAkkS kalibrációs tanúsítvány 963-261V (erőirány: nyomás \| mérési eredmény egysége mV/V \| Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet |
| 965-411 | Összeszerelés, komponensek 965-411 (< 50kg) |
| 970-014 | Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014 |

# KERN piktogram-áttekintés

| | |
|---|---|
|  | Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP68 |
|  | Por- és freccsenő víz elleni védelem IP69K |
|  | Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe |
|  | Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap |
|  | Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap |

MAGYAR