

Állvány
KERN YKP-02

Műszaki adatok

A kiértékelő egység megemeléséhez, magasságban állítható, masszív háromlábú talp, állványmagasság 750–1000 mm, Factory Option.

Alkalmas a következő sorozatokhoz: BFB, BXS, BFS, BFA, IFS, IFB, KFE-TM, KXG-TM, KXS-TM, KEN-TM, NFC, SFE, UFA, UFB



Porvédő burkolat
KERN ABS-A08

Műszaki adatok

Por és fény elleni védelemhez (hasonló ábra).

Alkalmas minden üvegszélvédős KERN analitikai és precíziós mérleghez



Tárázótál
KERN RFS-A02

Műszaki adatok

Rozsdamentes acélból, könnyen és higiénikusan tisztítható. Ideális laza apró alkatrészek, gyümölcs, zöldség stb. mérlegeléséhez
· Sz×M×Ma 400x300x45 mm ·
Nettó tömeg kb. 554 g



Tárázó tálca tartókengyellel
KERN CH-A01N

Műszaki adatok

Rozsdamentes acélból. Ideális laza alkatrészek, gyümölcs, zöldség stb. mérlegeléséhez. Maximális teherbírás 30 kg. A tárázó tálca levehető, így könnyen és higiénikusan tisztítható.

Alkalmas a következő modellekhez: KERN CH 15K20, HCB 20K10, HDB-N, HDB-XL
· Tárázó tálca méretei, Ø/Ma 160×40 mm (belül), 240×40 mm (kívül) ·
Tartókengyel, Sz×M×Ma
290×240×300 mm
290×240×340 mm (tára tálcával együtt)
· Nettó tömeg összesen kb. 500 g



Univerzális sűrűségmérő készlet KERN YDB-03

Műszaki adatok

Univerzális sűrűségmérő készlet a pontos és kényelmes sűrűségmeghatározáshoz: folyadékok és szilárd anyagok ≤/≥ 1. Alkalmas minden jelenlegi KERN analitikai mérleghez
Szállítási terjedelem: főzőpohár (Ø×Ma 84×113 mm), hőmérő, mintatartó, adapter, kiegyenlítő tömegek, merülőtest (rozsdamentes acél, 20 g), univerzális merülőkosár úszó és süllyedő szilárd testekhez. A merülőkosár huzalának átmérője 0,5 mm, ezáltal megfelel a követelményeknek: DIN EN ISO 1183-1 (eljárás habosítatlan műanyagok sűrűségének meghatározására)

Opcionális:
a merülőtest sűrűségmeghatározása, akkreditációs jellel ellátott kalibrációs tanúsítvány a sűrűség és a térfogat minden lényeges adatával
KERN 962-335V



ESD földelőkészlet
KERN YGR-01

Műszaki adatok

ESD-levezetés az elektrosztatikus kisülés elleni védelemhez, pl. elektrosztatikusan feltöltött mérendő tárgyak vagy a mérleggel dolgozó személyek esetén