PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

SAUTER CR 2000-3P1

Erőmérő cella rozsdamentes acélból

MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

JELLEMZŐK

- Alkalmazási terület: tömeg- és nyomóerő-mérések
- Alkalmas hídmérlegekhez, függő mérlegekhez, silómérlegekhez és további különféle mérlegekhez, vizsgálóállványokhoz stb.

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar és gyártás
- Mezőgazdaság
- vizsgálóállványokhoz

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CR 60-3P1	60 kg	600 N
CR 130-3P1	130 kg	1,3 kN
CR 250-3P1	250 kg	2,5 kN
CR 500-3P1	500 kg	5 kN
CR 2000-3P1	2000 kg	20 kN

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CE P244021	Terhelési sarok CE P244021
CE P244022	Nyomóelem CE P244022
CJ P2	Csatlakozódoboz CJ P2, csatlakozási lehetőségek: 2, alumínium,
CJ P4	Csatlakozódoboz CJ P4, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP65
CJ P4PG	Csatlakozódoboz CJ P4PG, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium,
CJ X467	Csatlakozódoboz CJ X467, csatlakozási lehetőségek: 4, rozsdamentes acél, IP67

Modell	Leírás
CJ X468	Csatlakozódoboz CJ X468, csatlakozási lehetőségek: 4, alumínium, IP68
FS 405	Csatlakozó FS mérőcellához, szerelve & beállítva, max. 20 kN FS 405
FS TKZ	Szállítókoffer FS TKZ

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-264	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-264 (Erőirány nyomás | 5 kN – 20 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás KERN)
961-264V	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-264V (Nyomás | mV/V)
963-264	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-264 (Erőirány nyomás | 5 kN – 20 kN | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
970-101	Garanciahosszabbítás (+ 2 év) 970-101

KERN piktogram-áttekintés



Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP68



Csomagszállítás futárszolgálattal: A belső termék-előkészítés időtartama négy nap



Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap