PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Termékismertető

10.08.2026

SAUTER CR 500-1Y1

Erőmérő cella ötvözött acélból


MAGYAR



KAPCSOLAT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Németország

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com





MAGYAR

JELLEMZŐK

- Nagy pontosság (kombinált hiba 0,05% F.S.)
- Alkalmazási terület: tömeg-, valamint húzó- és nyomóerő-mérések
- Alkalmas tömeg- és erőmérésre, valamint vizsgálóállványokhoz
- Erőbevezetés nyomóbetéten vagy menetes furaton keresztül
- A nyomóelem a szállítási terjedelem része

FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Ipar és gyártás
- Mezőgazdaság
- vizsgálóállványokhoz

PIKTOGRAMOK

Alapkivitel



Opció



MODELLÁTTEKINTÉS

Modell	Mérési tart. [Max]	Mérési tart. [Max]
CR 500-1Y1	500 kg	5 kN
CR 1000-1Y1	1000 kg	10 kN
CR 5000-1Y1	5000 kg	50 kN
CR 10000-1Y1	10000 kg	100 kN
CR 20000-1Y1	20000 kg	200 kN

TARTOZÉKOK

Modell	Leírás
CR-A02	Nyomóbetét CR-A02
FS 404	Csatlakozó FS mérőcellához, szerelve & beállítva, max. 5 kN FS 404
FS TKZ	Szállítókoffer FS TKZ

SZOLGÁLTATÁSOK

Modell	Leírás
961-163	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-163 (Húzás | N)
961-263	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-263 (Nyomás | N)
961-363	Gyári kalibrációs tanúsítvány 961-363 (Húzás, nyomás | N)
963-163	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-163 (Erőirány húzás | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-163IV	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-163IV (Erőirány húzás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás ISO 376)
963-163V	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-163V (Erőirány húzás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-263	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-263 (Erőirány nyomás | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-263IV	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-263IV (Erőirány nyomás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás ISO 376)
963-263V	DAkkS kalibrációs tanúsítvány 963-263V (erőirány: nyomás | mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
963-363	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-363 (Erőirány húzás, nyomás | Mérési eredmény egysége N | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A folyamat)
963-363IV	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-363IV (Erőirány húzás, nyomás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás ISO 376)
963-363V	DAkkS-kalibrációs tanúsítvány 963-363V (Erőirány húzás, nyomás | Mérési eredmény egysége mV/V | Kalibrálási eljárás DKD-R 3-3 - A) menet
970-014	Garanciahosszabbítás (+3 év) 970-014

KERN piktogram-áttekintés

	Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP68
	Csomagküldés futárszolgálattal: a termék belső előkészítése egy napot vesz igénybe
	Gyári kalibrálás (ISO): a gyári kalibrálás időtartama 4 munkanap
	Akkreditált kalibrálás (DKD): az akkreditált kalibrálás időtartama 3 munkanap

MAGYAR